



Date de naissance :
Appareil : **AUTOGEN EL ICD D174**
Centre :
Critères de recherche :
Mode Tachy : **Surveill. + Trait.**

Dernière transmission du dispositif : **27 nov. 2017 04:11 CET**
Dernière interrogation au cabinet : **19 janv. 2017**
Date d'implantation : **20 sept. 2016**
Groupe de patients :

V-93: 10 juil. 2017 15:29, FV, Fréquence V : 209 min⁻¹

Détail

FV Début événem.

Fréq. V moy. 209 min⁻¹
Détection Fréq. Uniq.
Référence 10 juil. 2017 04:35

Lors de la Délect-V

Fréq. V moy. 211 min⁻¹
Zone de fréquence FV
RhythmID corrélé Faux
RhythmMatch™ Trop rapide
DFS satisfaite (Faux, arrêt)
Durée limite ATP Faux

Tentative 1, 41 J Choc V

Temps écoulé 00:00:02
Tentative aband.
ATP FV délivré, pas de choc tenté dû à l'échec de reconfirmation

Fin de l'événement

00:00:23

EGM affiché à 25 mm par seconde



