



Date de naissance :
Appareil : **AUTOGEN EL ICD D176**
Centre :
Critères de recherche :
Mode Tachy : **Surveill. + Trait.**

Dernière transmission du dispositif : **13 nov. 2017 01:11 CET**
Dernière interrogation au cabinet : **18 mai 2017**
implantation : **06 janv. 2015**
Groupe de patients :

V-4: 20 juil. 2015 10:04, FV, Fréquence A : 96 min⁻¹, Fréquence V : 246 min⁻¹

Détail

FV Début événem.

Fréq. A moy. 96 min⁻¹
Fréq. V moy. 246 min⁻¹
Détection ID de Rythme
Référence 20 juil. 2015 08:00
Seuil du RhythmMatch™ 94 %

Lors de la Délect-V

Fréq. A moy. 121 min⁻¹
Fréq. V moy. 239 min⁻¹
Zone de fréquence FV
Stabilité (17 ms, arrêt)
Fréquence V>A (Vrai, arrêt)
Fib A (Faux, arrêt)
RhythmID corrélé Faux
RhythmMatch™ Trop rapide
DFS satisfaite (Faux, arrêt)
Durée limite ATP Faux

Tentative 1, 41 J Choc V

Temps écoulé 00:00:03
Traitement d'ATP FV administré avant le choc
Informations sur le choc
Durée de charge 8,1 s
Impédance de la sonde 74 Ω
Polarité de la sonde Initial

Fin de l'événement

00:00:45

EGM affiché à 25 mm par seconde



